

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱A冷凍區

時間區間: 2026-08-01 00:00 ~ 2026-08-31 23:59

最大值: -19.3 °C

最小值: -20.7 °C

平均值: -20.0 °C



製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 01 Sep 2026

單位主管: Sin-Yi Huang 01 Sep 2026