

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱C-下

時間區間: 2026-02-01 00:00 ~ 2026-02-28
23:59

最大值: 6.2 °C

最小值: 5.1 °C

平均值: 5.6 °C



製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 02 Mar 2026

單位主管: Sin-Y Huang 02 Mar 2026