

# 監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱C-上

時間區間: 2026-05-01 00:00 ~ 2026-05-31 23:59

最大值: 6.2 °C

最小值: 5 °C

平均值: 5.5 °C



製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 01 Jun 2026

單位主管: Su-Yi Huang 01 Jun 2026