

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

全民健康保險保險對象使用健保部分給付特殊材料同意書

_____係全民健康保險保險對象，因醫療需要且符合健保署已納入給付同類特殊材料之適應症及使用規範，經醫師詳細說明並充分瞭解後，自願使用較昂貴且未納入全民健康保險給付範圍之特殊材料。為減少保險對象之負擔，由健保署按已納入給付同類特殊材料之支付金額支付，其餘差額同意由立同意書人負擔。

告知醫師：_____（簽章）日期：____年____月____日時間：____時____分
此致

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

立同意書人：_____（簽章）與病人關係：_____

立同意書人身分證號：_____ 電話：_____

立同意書人住址：_____

中華民國：____年____月____日 時間：____時____分

（實際使用特殊材料如下（以下由醫療院所填寫）

健保部分給付特材名稱 調控式腦室腹腔引流組

使用品項	特材品名 (特材代碼)	衛署字號	廠牌/型號	醫療院所單價	健保支付單價	民眾自付額	自付總金額
	美敦力史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II 控制閥/CDVPB428SSM4	衛署醫器輸字第 014308 號	MEDTRONIC/42866 標準型	69,000	7,127	61,873	
	美敦力史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II 控制閥/CDVPB428SSM4	衛署醫器輸字第 014308 號	MEDTRONIC/42856 小兒	69,000	7,127	61,873	
	美敦力史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥 /CDVPB42836M4	衛署醫器輸字第 023018 號	MEDTRONIC/42836	96,750	7,127	89,623	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX425T	99,144	7,127	92,017	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX426T	99,144	7,127	92,017	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX427T	99,144	7,127	92,017	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX428T	99,144	7,127	92,017	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX446T	99,144	7,127	92,017	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX447T	99,144	7,127	92,017	
	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 /CDVPBPGAV2BB	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX448T	99,144	7,127	92,017	

	美的思柯特曼史特斯引流閥-附配件、導管及具抗虹吸裝置 /CDVPB80506CM	衛部醫器輸字第 025303 號	CODMAN/828805	113, 400	7, 127	106, 273	
	美的思柯特曼史特斯引流閥-附配件、抗菌導管及具抗虹吸裝置 /CDVPB28807CM	衛部醫器輸字第 025303 號	CODMAN/828807	113, 400	7, 127	106, 273	
	雅培飛龍歐普特斯影像導管 /CDVPB429MRM4	衛部醫器輸字第 036652 號	MEDTRONIC/42955MR	113, 400	7, 127	113, 400	
	雅培飛龍歐普特斯影像導管 /CDVPB429MRM4	衛部醫器輸字第 036652 號	MEDTRONIC/42965MR	113, 400	7, 127	113, 400	

註：依據全民健康保險法第 51 條第 12 款：「其他經主管機關公告不給付之診療服務及藥品之費用，不在本保險給付範圍」之規定辦理。

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

健保部分給付調控式腦室腹腔引流系統說明書

113.02.24

一、什麼是「一般功能腦室腹腔引流系統」？

腦室腹腔引流系統是當病患因水腦症而需使用引流管，將腦室過多的腦脊髓液經由皮下引流至腹腔吸收的器材。腦脊髓液引流的速度取決於引流管的壓力設定。一般功能腦室腹腔引流系統是引流管配合一個固定的壓力閥。

目前健保給付之一般功能腦室腹腔引流系統，可上健保署全球資訊網查詢，網址如下：<http://www.nhi.gov.tw>(註)。

二、什麼是「調控式腦室腹腔引流系統」？

調控式腦室腹腔引流系統是當病患因水腦症，需使用腦室腹腔引流系統治療時的一個新選擇。如果置入後需調整壓力時，只需用特定的機器在體外利用磁力調整即可，不需要再次手術置換不同壓力設定的引流系統。

使用調控式腦室腹腔引流系統，能夠顯著提高引流系統一次植入就成功的機率。使用一般功能腦室腹腔引流系統，如果在手術後才發現壓力設定無法配合，造成引流不足或過度引流的併發症時，患者的引流管必須整個更換或部分更換，甚至需要多次更換。所有的固定壓力引流管都有這項使用上的限制。目前調控式腦室腹腔引流系統的廠牌及品名，可由健保署全球資訊網/藥材專區/網路查詢/健保特殊材料品項網路查詢服務/查詢(註)。

三、健保給付之一般功能腦室腹腔引流系統與調控式腦室腹腔引流系統的比較

比較項目	一般功能腦室腹腔引流系統	調控式腦室腹腔引流系統
壓力控制設計	固定式	可調式
壓力調整方式	需再次手術以更換不同壓力設定之引流系統	直接於體外調整壓力
相對風險	風險較高 (須再次手術)	風險較低 (無須再次手術)

四、為什麼無法全額給付調控式腦室腹腔引流系統

目前健保給付之一般功能腦室腹腔引流系統，是固定壓力的引流閥，以手術成功植入手後，對於病情穩定的病人可提供很好的預後效果。惟對於狀況不穩定、日後可能還有變化的病人，例如：

正常壓水腦症病患、創傷病患、小兒病患等，如果日後需要改變壓力設定可能只有重置一途。新增功能類別「調控式腦室腹腔引流系統」可改善無須再次手術，直接於體外調整壓力，但其價格較原有之特材高出許多，在有限的健保財源下，無法全額以健保給付；健保署為減輕病患負擔及考慮給付之公平性，故將該類品項列為自付差額之品項(註)。

五、健保如何部分給付調控式腦室腹腔引流系統之費用？

保險對象經醫師詳細說明並充分瞭解後，如自願選用調控式腦室腹腔引流系統者，為減少保險對象之負擔，由健保署依一般功能腦室腹腔引流系統之支付價格支付，超過部分，則由保險對象自行負擔（醫療院所施行手術時所需之植入器等材料均已含括於相關費用內。除調控式腦室腹腔引流系統差額外，其他均不得另行收費）。

(以上資料來源於：全民健康保險自付差額調控式腦室腹腔引流系統作業彙編(民眾篇))

六、調控式腦室腹腔引流系統產品特性

壓力設定由 30mmH2O~200mmH2O，每 10mmH2O 為一段共 18 段可供醫生做選擇，可直接由體外做微調整，免除病患需再次手術的風險。可含抗生素導管防止感染發炎。

七、副作用

一、阻塞。二、感染。三、臨床症狀發生頭痛或嘔吐，有可能未發揮正常的引流功能。

八、禁忌症

如果腦脊髓液引流至腹腔或身體其他部位，引流系統組件的植入部位有感染存在，不應進行。這包括頭皮與其他引流系統途經之皮膚、腦膜、腦室、腹膜/腹膜內/後腹腔器官、胸膜、與血液系統。當身體任一部位發生感染，禁止進行腦脊髓液引流。再者，如病患患有先天性心臟病或其他嚴重心肺異常，禁止引流到心房。

九、注意事項

後術後若產生任何不舒服的情況請即時與醫生聯絡，是否需要調整引流管的壓力即可。

十、本院進用之品項

特材代碼	特材品名 (特材代碼)	衛署字號	廠牌/型號	醫療院 所單價	健保支 付單價	民眾 自付額
CDVPB428SSM4	美敦力史卓塔腦 脊髓液引流組- STRATA II 控制閥	衛署醫器輸字第 014308 號	MEDTRONIC/428 66 標準型	69,000	7,127	61,873
CDVPB428SSM4	美敦力史卓塔腦脊 髓液引流組 -STRATA II 控制閥	衛署醫器輸字第 014308 號	MEDTRONIC/428 56 小兒	69,000	7,127	61,873

CDVPB42836M4	美敦力史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥	衛署醫器輸字第 023018 號	MEDTRONIC/428 36	96,750	7,127	89,623
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX425 T	99,144	7,127	92,017
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX426 T	99,144	7,127	92,017
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX427 T	99,144	7,127	92,017
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX428 T	99,144	7,127	92,017
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX446 T	99,144	7,127	92,017
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX447 T	99,144	7,127	92,017
CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	衛部醫器輸字第 028478 號	B. BRAUN/FX448 T	99,144	7,127	92,017
CDVPB80506CM	美的思柯特曼史特 斯引流閥-附配 件、導管及具抗虹 吸裝置	衛部醫器輸字第 025303 號	CODMAN/828805	113,400	7,127	106,273
CDVPB28807CM	美的思柯特曼史特 斯引流閥-附配 件、抗菌導管及具 抗虹吸裝	衛部醫器輸字第 025303 號	CODMAN/828807	113,400	7,127	106,273
CDVPB429MRM4	雅培飛龍歐普特斯 影像導管	衛部醫器輸字第 036652 號	MEDTRONIC/429 55MR	113,400	7,127	113,400
CDVPB429MRM4	雅培飛龍歐普特斯 影像導管	衛部醫器輸字第 036652 號	MEDTRONIC/429 65MR	113,400	7,127	113,400

告知醫師：_____（簽章）日期：____年____月____日時間：____時____分

此致

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

立同意書人：_____（簽章）與病人關係：_____

立同意書人身分證號：_____ 電話：_____

立同意書人住址：_____

中華民國：____年____月____日 時間：____時____分